



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
INAPA

COMITÉ DE COMPRAS
CIRCULAR No. 1

No. EXPEDIENTE
INAPA-CCC-CP-2018-0034
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

11 de junio de 2018
Página 1 de 2

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2018-0034, COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA ACREDITACION DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL, ARTÍCULOS CONSIGNADOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PLAN DE COMPRAS PARA EL AÑO 2018".

El Comité de Compras y Contrataciones del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA), les informa que, hasta la fecha 15 del mes de agosto del 2018, recibimos las siguientes preguntas: les damos las siguientes respuestas:

1. Ítem 5 Glicerol En las especificaciones necesitamos saber de qué grado lo necesitan, ni tampoco especifica de que capacidad quieren el frasco, sea en litros o mililitros

RESOLUCION UNICA: el Glicerol es Anhidrous (grado reactivo)

2. Ítem 7 Neveritas plásticas de 10 qtos, no hemos conseguido exactamente de esa capacidad, prefieren de 9qto o de 12 qtos?

RESOLUCION UNICA: el ítem 7 puede ser de 12 Qts (no menor del pedido)

3. Ítem 25 Asas bacteriológicas, las asas de SS para esta aplicación son muy escasas, pueden ser de NiCr?

RESOLUCION UNICA: Si pueden ser de NiCr con diámetro de 3.0 a 3.5 mm

4. Ítem 31 y 32 La presentación de nuestros tubos con tapa de rosca ya vienen con las tapas incluidas, no tenemos forma de cotizarlas de manera separada, habrá algún inconveniente con cotizarlas como el ítem 31 y dejar anotado que el ítem 32 está incluido en este-?



5. En el proceso 17 se reportó como que no habíamos cotizado las tapas cuando estaban incluidas en el ítem 31, no queremos ser descalificados por no poder ofrecerlas por separado.

RESOLUCION UNICA: Si los ítems 31 y 32 pueden ser fusionados. Lo que pasa es que hay suplidores que nos lo venden separados.

- 5- En los Ítems #: 1, 2 y 3 dice solución

RESOLUCION UNICA: los ítems 1, 2 y 3 son soluciones.

- 6- En los ítems 25 y 30, menciona capacidad de frasco 125ml y 120ml. Nosotros tenemos un único frasco de 4oz que es equivalente en ambas medidas. La pregunta es si se puede cotizar frascos de 4oz, tanto para el ítems 24 como para el ítems 30? es estándar de pH *LUPAC*. Ustedes se refieren a *IUPAC*? El nombre correcto es *IUPAC*

RESOLUCION UNICA: Los ítems 24 y 30 son frascos diferentes. 4 oz es equivalente a 118.29 mL eso solo cumpliría con el ítem 30, no con el 24. El ítem 24 es un frasco rotulado hasta 125 mL. Por ende su volumen total es más de 125 mL (Aclaremos que el Ítem 25 no corresponde frasco, quizás quiso decir ítem 24 que corresponde frasco de 125 ML).

- 7- El ítem # 20, las placas de contactos. Las quieren vacías o preparadas? Si la quieren preparadas por favor informarnos con qué?.

RESOLUCION UNICA: Las requerimos vacías no preparadas.


Lic. Karol Peña
Enc. Div. de Licitaciones,
Depto. de Compras y Contrataciones
INAPA

