



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

***** I N A P A *****

**DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION DE AGUA**

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nombre	TURBIDIMETRO PORTATIL
Rango	0-1000 NTU (FNU)
Exactitud	\pm 2% de la lectura más la luz difusa en el intervalo 0-1000 NTU (FNU)
Repetitividad	\pm 1% de la lectura o 0,01 NTU, el que sea mayor
Resolución	0,01 NTU en el intervalo más bajo
Requisitos de energía	CA 100-240 V, 50/60 Hz (con módulo USB/ de alimentación) 4 baterías alcalinas Baterías recargables NiMH para módulo USB/de alimentación
Dimensiones	22.9 x 10.7 x 7.7 cm (9.0 x 4.2 x 3.0 pulg)
Opciones de Calibración	Rapid Cal™ de un solo paso para informes regulatorios de bajo nivel de 0-40 N.T.U. (FNU) calibración a grados de turbidez
Registrador de Calibración	Registra de las ultimas 25 calibraciones exitosas
Registrador de Verificación	Registra de las ultimas 250 verificaciones exitosas

JAPU

Ing. Arlette Ramírez Lluberes
Enc. Depto. Potabilización de Agua

