



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

*** I N A P A ***

DIRECCION DE TRATAMIENTO DE AGUA
DEPARTAMENTO DE POTABILIZACION DE AGUA

Especificaciones Tecnicas

| Nombre | TURBIDIMETRO PORTATIL |
|-----------------------------|---|
| Rango | 0-1000 NTU (FNU) |
| Exactitud | $\pm 2\%$ de la lectura más la luz difusa en el intervalo 0-1000 NTU (FNU) |
| Repetitividad | $\pm 1\%$ de la lectura o 0,01 NTU, el que sea mayor |
| Resolucion | 0,01 NTU en el intervalo más bajo |
| Requisitos de energía | CA 100-240 V, 50/60 Hz (con módulo USB/ de alimentación) |
| | 4 baterías alcalinas |
| | Baterías recargables NiMH para módulo USB/de alimentación |
| Dimenciones | 22.9 x 10.7 x 7.7 cm (9.0 x 4.2 x 3.0 pulg) |
| Opciones de calibracion | Rapid Cal™ de un solo paso para informes regulatorios de bajo nivel de 0-40 N.T.U. (FNU) calibración a grados de turbidez |
| Registrador de Calibración | Registros de las ultimas 25 calibraciones exitosas |
| Registrador de Verificación | Registros de las ultimas Verificaciones exitosas |
| Documento | Manual de Uso |
| Seguridad | Garantia del equipo |
| Emapque | Estuche de Proteccion |



Realizado por
Albel Vásquez
Ing. Albel Vásquez
Coordinador de Zona