



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
INAPA

<b>No. EXPEDIENTE</b>
<b>INAPA-CCC-CP-2019-0056</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>
Click here to enter text.

11 de enero de 2019

Página 1 de 2

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**

**COMITÉ DE COMPRAS**

**CIRCULAR No. 1**

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**COMPARACION DE PRECIOS INAPA-CCC-CP-2018-0056, para ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA ACREDITACION DEL LABORATORIO NIVEL CENTRAL Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO REGIONAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL.**

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha **04** del mes de enero del 2019, recibimos las siguientes preguntas: les damos respuestas:

Tenemos algunas dudas, le expreso las siguientes preguntas,

2- Los Ítem del lote 1, vienen en paquete de 100 de 5ml, 10ml, 25ml, cada paquete,

¿De cuánto ML serían los paquetes que están solicitando?

35	FERROVER paquete de 100 unidades	Paquete	2
36	NITRIVER 3 Paquetes de 100 unidades	Paquete	1
37	NITRAVER (Nitriver 5) Paquete de 100 Unidades	Paquete	2



**Respuesta:** Los 3 Ítems vienen en paquetes de 100 Saches (sobrecitos) para trabajar con muestras de 10 mL.

3- ¿Los equipos tienen que tener el mismo requerimiento que exigen en el ítem?

**Respuesta:** En cuanto a los equipos, sí deben de cumplir con las especificaciones técnicas descritas.

4- El ítem 9 del lote 2 es Micro pipeta o la pistola para pipeta?

**Respuesta:** El controlador se refiere a la pistola.

5- Favor de facilitarnos más información sobre los siguientes equipos,

la nevera de 10 pies, ¿es una nevera para microbiología?, ¿de cuánto litro?

Incubadora (más especificación)

Baño de maría (más especificación)

Incubadora de cultivo (más especificación)

**Respuesta:**

A continuación las especificaciones técnicas correspondientes a la nevera, Incubadoras y Baño de María, que requerimos:

A continuación le estoy enviando las especificaciones técnicas correspondientes a la nevera, Incubadoras y Baño de María, que requisamos:

- De 10 pies cúbicos que es el volumen de capacidad
- De un solo cuerpo
- Con volumen de almacenamiento
- Ambiente de operación de 5 °C a 25 °C
- Con sistema de deshielo automático

Con relación a la Incubadora con Chaqueta de agua, las especificaciones son las siguientes:

- Modelo 3121
- Digital
- Dosificación de humedad: bandeja de agua
- Rango de temperatura ambiente +5 °C a 50 °C
- Capacidad 6.60 cuft
- Requisitos eléctricos 230V 50/60 Hz
- Dimensión interior: 21.3''W x 26.8''H x 20.0'' F-B
- Dimensión exterior: 26.3''W x 39.5''H x 25.0 F-B

Baño de María:

- Digital
- 120V
- De recirculación
- Con tapa
- De 20 Litros de Capacidad
- Modelo Digitern-TFT-200



Incubadora de Cultivo:

- Type
- Modelo 137925
- Tipo 37900
- Voltaje 120
- 50 Watts

6- Es necesario participar en todos los ITEM?

**Respuesta:** Debe participar según lo establecido en el Pliego de Condiciones Específicas.

7- Nosotros representamos en el país la marca BIOBASE, se le puede ofrecer el equipo con la especificación que están solicitando o una que se le acerque o mayor.

**Respuesta:** Para nosotros es importante que cumpla con las especificaciones solicitadas (podría exceder siempre y cuando cumpla, pero jamás que se acerque por esto significa que no cumple con todo lo requerido).

8- Tenemos todas las especificaciones de los equipos excepto el AUTOCLAVE.

**Respuestas: Especificaciones:** El Autoclave 3058-40, es un esterilizador automático a presión de vapor eléctrico. El ciclo de esterilización es completamente automático, controlado por tiempo y tiene un control de temperatura incorporado que proporciona 250 ° F (121 ° C).

La unidad se apaga y agota la presión automáticamente al final del ciclo. El escape lento puede seleccionarse para la esterilización de líquidos. Las características incluyen termómetro, válvula de seguridad, calibre de vapor de 0-30 lb, temporizador de 0-60 minutos y corte de bajo nivel de agua. El tamaño es 18 3/4 "de ancho X 31" de profundidad X 27 5/8 "de alto. El interior es de 16 "de diámetro y 26" de largo con una abertura de la puerta de 13 1/2 "de ancho X 11" de alto. El compartimento de esterilización admite tres bandejas de 12" X 20" X 2 1/2" o una bandeja de 12" X 20" X 6" (bandejas disponibles por separado). Para 208-240 V. especifique 1 o 3 fases. Un año de garantía para piezas y 90 días para mano de obra. Todos los modelos se envían por transportista común.

