





FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS		
	Proceso: Compra y Contrataciones	Código: FR-CYC-004 Pagina: 1 de 1
	Versión: 03	Fecha: 25-mar-2025
Informaciones Generales		
Dirección o División Solicitante:	Indique si es un Bien o Servicio:	
Dirección Administrativa	Bien	
Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)		
25181708 - Remolque Contenedor con Temperatura Controlada		
DETALLE REQUERIMIENTO		
Nombre del Bien o Servicio:	Código Dynamics:	
Furgon de 20 pies habilitado como laboratorio	25121601005	
Descripción del Bien o Servicio		
CONTENEDOR DE 20' HABILITADO PARA LABORATORIO MICROBIOLÓGICO Y FÍSICO-QUÍMICO		
Especificaciones Técnicas		
Marcos de Puertas en Periferia de Hierro.		
Dimensión de puerta	Ancho: De 36 a 37 pulgadas Alto: 81 ± 1 pulgadas	
Estructuras internas en Parales. (Estructura Ligera)		
Aislantes térmicos (R86) en Paredes y Techo		
Electricidad Interna en Tuberías BX de alta seguridad		
Revestimiento de Interior en Planchas de Sheetrock Ultra Light		
Material del techo	Plafón PVC	
Lamparas LED Emposada en Techo	3 lamparas por contenedor (encendido de cada lampara independiente) Dimensiones: 2'4 pies Potencia: 62 ± 10 watt	
Tomacorrientes, Interruptores y Caja de Breaker	Toma corriente doble de 110 y 220 voltios (5 toma corriente a 110 v y 3 a 220 v)	
Material del piso	Recubrimiento de vinil, Resina epoxica o de Poliuretano	
Material de la puertas	Polimetálica Blanca Lisas	
No se requiere Ventanas		
Pintura Anticorrosiva de protección		
Pinturas de terminación en Interior color blanco		
Pintura de terminación exterior en color Azul Navy.		
Aire Acondicionado	De 18K BTU (SPLIT)	
Toldos en Huecos de Puertas		
Protectores de seguridad en Puertas y Condensador de aire		
Cajon de Hierro para protección de Compresor de Aire Acondicionado.		
Material de la estructura principal	Acero Corten	
Longitud del contenedor	20 Pies (TEU)	
Tipo de furgón	High cube	
Instalación del contenedor	Oficinas Corporativa INAPA Provincia Monte Cristi. Calle RBWC+232, monte cristi Coordenadas: 19 844993, -71.629852	
Incluir meseta	Recubrimiento de vinil, Resina epoxica o de Poliuretano	
Meseta reforzada. Debe soportar mas de 900 libras	Dimensiones: altura 91 cm, Longitud 490 ± 4 cm, ancho 62 cm	
Entrada de agua y de gas GLP		
1- Incluir fregadero (debe tener desague al exterior)	Fregadero doble en acero inoxidable Dimensiones: Longitud 84 ± 3 cm	
1- Incluir Extractor de aire	Dimensiones: 12 x 12 pulgadas. Mecanismos de cierre al estar apagado	
Incluir gabinetes debajo de la meseta en material de resina de acrílico-poliuretano o PVC	2 gabinetes Incluir división horizontal por gabinete Dimensiones: Ancho 90±1cm, Alto 80 cm	
Criterio de Compra o Sustitución		
N/A		
Criterio de Almacenamiento		
N/A		
Observaciones		
INCLUIR TRANSPORTE Y DESMONTE		
		
Cynthia Fabre Jiménez 001-1779564-1	Andreina Ramirez 402-0911957-3	Wilson D. Pujols Custodio 002-0076031-2